

仕 様 書

1 業務名
X線管装置交換

2 内訳及び数量

装置名（装置型式）	交換部品（型式）	数量
胃部X線透視撮影装置 （EXAVISTA 富士フイルムメディカル株式会社）	X線管装置 （UH-6QC-307EY）	1式

3 履行期限
令和7年3月31日（月）

4 履行及び検査場所
札幌市職員共済組合健康管理センター健診所
（札幌市白石区本通16丁目南4番26号 リフレサッポロ3階）

5 連絡先
札幌市職員共済組合健診事業課健診調整係 担当：島田
電話 011-866-3781

6 特記事項

- （1）当該交換部品は、最新の製品であること。
- （2）本契約には、当該交換部品の接続、調整に係る費用をすべて含むものとする。
- （3）納入期間は令和7年3月24日から令和7年3月31日までとし、その間に当該交換部品の接続、調整及び動作確認を終えること。
- （4）納品時に生じた梱包材等の廃棄物は落札者の責任において引き取り処分すること。
- （5）落札者は発注者と納入日程、動作確認等十分な打合せを行うこと。
- （6）業務完了後は、完了届を提出すること。
- （7）その他不明な点は発注者と協議すること。